

# TILBAKEKALLING AV PRODUKT

**Oasis sengebud – parfymert**

**Oasis sengebud – uparfymert**

**Oasis målbart sengebud – parfymert**

**Oasis målbart sengebud – uparfymert**

**Oasis sjampohette – uparfymert**

**Oasis sjampohette – parfymert**

**Oasis vaskevott – uparfymert**

**Oasis vaskevott – parfymert**

**Conti spylbare våtservietter for hudrens**

**Conti våtservietter for kontinenspleie**

**Conti rensende våtservietter for pasient**

**Conti hudrensende våtservietter**

**Conti barriereklut med 3 % Dimetikon for kontinenspleie**

## ALLE AKTUELLE BATCHER

19.04.2022

Kjære helsepersonell,

Vi ønsker å informere deg om at alle aktuelle partier av produktene oppført ovenfor blir frivillig tilbakekalt med umiddelbar virkning.

Denne tilbakekallingen blir utstedt **til sluttbrukere**.

Denne handlingen er avtalt med Irish Health Products Regulatory Authority.

Bakgrunnen for tilbakekallingen er at det ble påvist mikrobiell forurensning i et visst antall produktpartier. Denne forurensningen kan være en sikkerhetsrisiko og kan forårsake infeksjoner. Alle partier blir tilbakekalt som et sikkerhetstiltak.

Vi ber deg utføre følgende handlinger:

1. Vennligst identifiser og sett alle enheter av disse produktene i ditt apotek umiddelbart i karantene. For sykehusapotek eller andre slike helsetjenester inkluderer dette enheter ved avdelinger, klinikker og andre relevante steder innenfor sykehuset eller anlegget.
2. Hvis du har levert pakker med disse produktene til et annet apotek, sykehus, klinikk eller annen slik virksomhet, vennligst send en kopi av dette tilbakekallingsbrevet til dem, og be dem sette i karantene og returnere ubrukte enheter til deg.
3. Vennligst returner varebeholdningen i karantene til grossisten du fikk beholdningen fra, eller alternativt til følgende: Vernacare Ltd, Matrix Park, 1 Western Avenue, Buckshaw Village,



Chorley, PR7 7NB, Storbritannia. Sørg for at alle enheter returneres til enten din distributør eller Vernacare Ltd. innen fire uker etter dette varselet. Ta kontakt med [product.safety@vernagroup.com](mailto:product.safety@vernagroup.com) for informasjon i forhold til kreditt.

Vi beklager eventuelle ulemper denne handlingen kan medføre. Dersom du har spørsmål, ta kontakt via [product.safety@vernagroup.com](mailto:product.safety@vernagroup.com) eller på telefonnummer +44 (0)1204 529494

**Reurner en signert kopi av denne tilbakekallingsmeldingen til Vernacare med de bekreftede handlingene nedenfor:**

Jeg har lest og forstått kravene til denne tilbakekallingsmeldingen og (kryss av én):

Satt i karantene og returnert de gjenværende produktpartiene som forespurt


Identifisert at ingen produkter skal returneres da alle batcher er brukt

Videresendt denne meldingen til våre distribuerte kunder for tiltak

Satt i karantene og destruert alle berørte partier på lokalt nivå

Signert	Blokkbokstaver	Dato

Med hilsen,



Alexander Fotheringham  
Operations Director  
MSL Solution Providers